

REPLACEMENT PARTS LISTS

IDENT. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REQD.	MODELS
1	3045-00	Scale Plate SST - 6" dia.	1	750-S0 750-SW 760-00
2	1039-02	Scale Pan 6" dia. x 3/4"	1	710-00 710-T0
3	1064-30 80250400	Cross Scoop, SST 12" x 6 2-3/4" deep	1	720-S0
4	1101-20	Scoop Polypropylene 12" x 6" x 2-3/4" deep	1	730-00
5	3043-20 3052-00 2570-21	Specimen Pan Cover Cross	1 1 1	730-00
6	1023-10	Balance Cup	1	All
7	1034-00 1247-00	Friction Plate Friction Plate w/Tab	3 1	All
8	1008-05	Bearing	4	All
9	1035-03	Bearing Cover	4	All
10	3134-02	500g Poise Assembly	1	All
11	3135-21	100g Poise Assembly	1	All
12	9704-00	225g Tare	1	760-00 710-T0

Accessories

183-00 Specific Gravity Rod and Clamp
703-00 Footed Polypropylene Scoop, 12" x 6" x 2-3/4" and Counterweight
703-50 Footed Stainless Steel Scoop, 12" x 6" x 2-3/4" and Counterweight
706-00 Vinyl Dust Cover
707-00 Metric Attachment Weight Set: two 1000g, one 500g

N° De Identificación	Partes	Descripción	Necesaria	Modelos
1	3045-00	Platillo de balanza, de acero inoxidable, 15.2 cm de diámetro	1	750-S0 750-SW 760-00 710-00 710-T0
2	1039-02	Recipiente de balanza, de acero inoxidable, de 15.2 cm de diámetro x 2 cm Cruz	1	720-S0
3	1064-30 80250400	Cuchara, de acero inoxidable, de 30.5 x 15.2 x 7 cm de profundidad	1	730-00
4	1101-20	Cuchara, de polipropileno, de 30.5 x 15.2 x 7 cm de profundidad	1	730-00
5	3043-20 3052-00 2570-21	Recipiente y tapa para especímenes	1	730-00
6	1023-10	Taza de balanza	1	All
7	1034-00 1247-00	Plato de fricción	3	All
8	1008-05	Plato de fricción	1	All
9	1035-03	Cojinete	4	All
10	3134-02	Tapa de cojinete	4	All
11	3135-21	Conjunto de pesa de 500g	1	All
12	9704-00	Conjunto de pesa de 100g	1	All
12	9704-00	Tara de 225g	1	760-00 710-T0

Accesorios

183-00 Varilla y pinza para densidades.
703-00 Plástico/paleta en polipropileno de 30.5 x 15.2 x 7 cm. y contrapeso
703-50 Plástico/paleta en acero inoxidable de 30.5 x 15.2 x 7 cm. y contrapeso.
706-00 Cubierta de vinilo para el polvo.
707-00 Juego de pesas métrico, adicional, dos pesas de 1000g y una de 500g.



LIMITED WARRANTY

Ohaus products are warranted against defects in, materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation. Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages. As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus or your local Ohaus dealer for further details.

GARANTIA LIMITADA

Los productos Ohaus están garantizados contra defectos de material y fabricación desde el día de entrega hasta el final de la duración de esta garantía. Durante el periodo de garantía, Ohaus reparará, o a su opción, sustituirá sin ningún costo a usted, repuestos que estén defectuosos, provisto que usted entregue el producto a Ohaus por cuenta propia.

Esta garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente o mal uso, expuesto a radioactividad o a materiales corrosivos, o si materiales extraños han penetrado adentro del producto, o como resultado de modificaciones efectuadas por personal no relacionadas con Ohaus. A partir del recibo de su targeta de garantía en Ohaus, esta garantía comenzará, desde el día en que fue embarcado a usted por nuestro distribuidor autorizado. Ninguna otra garantía será dada por Ohaus Corporation. Ohaus no será responsable por ningún otro daño consecuente. Como legislaciones de garantías cambian de estado a estado y de país a país, por favor pongase en contacto con Ohaus o su distribuidor local para mas detalles.



Triple Beam Balance


Balanza de Triple Brazo

Instuction Manual

Please read this manual before you use your Ohaus Triple Beam Balance.

Manual de Instrucciones

Por favor lea este manual antes de ensamblar y usar su Balanza de Triple Brazo de Ohaus.



P/N 3258-00 A © Ohaus Corporation 2005, all rights reserved / todos los derechos reservados.

Printed in Poland / Impreso en Polonia



Unpacking:

Carefully remove the balance and the separate poise (sliding weight) from the protective carton. You will find a slit rubber washer lodged underneath the platform, and one rubber washer located above the pointer. The washers are to be removed from the scale.

Desempaque:

Retire cuidadosamente la balanza y la pesa corrediza separada de la caja protectora de cartón. Hallará usted una arandela partida de caucho colocada debajo de la plataforma, y una arandela de caucho ubicadas sobre el indicador. Dichas arandelas deben retirarse de la balanza.

Set-up:

After placing the balance on a smooth, flat surface, slide the separate poise up into the slot on the back of the center beam. Tilt poise over into place on the beam. With all poises in zero position, the pointer should be near zero. On applicable models, the tare poise (13) shall be at the extreme left of its bar.

Armado:

Después de colocar la balanza sobre una superficie lisa y plana, deslice la pesa separada hacia arriba al interior de la ranura de la parte trasera del brazo central. Incline la pesa colocándola en su lugar en el brazo. Con todas las pesas en posición de cero, el indicador debe hallarse próximo a cero. En los modelos en que corresponda, la pesa de tarado (13) debe hallarse completamente a la izquierda de su barra.

Zeroing:

For exact zero, adjust the knurled knob which is located at the left end of the beam. It is advisable to check the zero adjustment periodically.


Puesta a cero:

Para obtener una puesta exacta a cero, ajuste la perilla moleteada que se halla en el extremo izquierdo del brazo. Es aconsejable verificar periódicamente la puesta a cero.



Weighing:

Place the specimen on the center of the platform and proceed as follows:
1. Starting with the largest capacity beam (500 g), move the 500 g poise to the right to the first notch which causes the pointer to drop, then, move it back one notch, causing the pointer to rise.
2. Repeat procedure with the 100 g poise.
3. Slide the 10 g poise to the position which brings the pointer to rest at zero. The weight of the specimen is the sum of the values of all poise positions, read directly from the graduated beams.




Manera de pesar

Coloque el espécimen en el centro de la plataforma y proceda como sigue:
1. Comenzando por el brazo de mayor capacidad (500 g), mueva la pesa de 500 g hacia la derecha hasta la primera muesca lo que hará caer el indicador, luego hágala retroceder una muesca, haciendo que el indicador suba.
2. Repita el procedimiento con la pesa de 100 g.
3. Deslice la pesa de 10 g hasta la posición que haga descansar el indicador en cero.
El peso del espécimen es la suma de los valores de todas las posiciones de pesa, leídas directamente en los brazos graduados.

Attachment weights:

Total capacity is either 2610 grams or 5 pounds, 2 ounces when attachment weights are suspended from the pivots (14). Without the weights, the capacity is either 610 grams or 1 pound, 2 ounces.



Pesas accesorias:

La capacidad total es 2610 gramos cuando se suspenden las pesas accesorias de los pivotes(14). Sin las pesas, la capacidad es 610 gramos.

Use of the tare:

Certain models are equipped with a patented tare poise (13). The poise will counterbalance empty containers no heavier than 225 grams or 8 ounces, by sliding it to the approximate balance, then rotating in either direction for precise positioning. Net weight of the contents of the container may then be read directly in the usual manner.



Empleo de la tara:

Ciertos modelos están equipados con una pesa patentada de tara (13). La pesa contrapesará recipientes vacíos de un peso no mayor de 225 gramos al deslizarla hasta el equilibrio apropiado, apretado contra las caras de los imanes, las mantendrá libres de suciedad. Jamás aplique lubricantes a las cuchillas ni a los cojinetes, ni permita la acumulación de sustancias extrañas.

Care and maintenance:


Keep balance clean at all times. In general, most foreign matter may be easily removed by an air syringe, but a piece of adhesive-backed tape pressed against the magnet faces will keep them free from dirt. Never apply lubricants to knives or bearings, nor allow foreign matter to accumulate.

Cuidado y mantenimiento:

Mantenga la balanza limpia en todo momento. En general, la mayor parte de las sustancias extrañas podrán quitarse fácilmente mediante una jeringa de aire, pero un trozo de cinta de respaldo adhesivo, apretado contra las caras de los imanes, las mantendrá libres de suciedad. Jamás aplique lubricantes a las cuchillas ni a los cojinetes, ni permita la acumulación de sustancias extrañas.

Specific gravity determination:

The Model 183 Clamp and Rod Support is an accessory for elevating the balance for suspending specimens in water. The rod is inserted into the 1/2 inch (12.7 mm) recess on the underside of the base. By means of a fine wire or thread, the specimen is attached to the check pin which connects the check rod assembly to the platform loop under the base.



Determinación del peso específico:

El soporte grapa y varilla, modelo 183, es un accesorio para elevar la balanza para suspender los especímenes en agua. La varilla se inserta en el receso de 12,7 mm de la cara inferior de la base. Mediante un alambre fino o un hilo, se sujeta el espécimen al perno de detén, que conecta el conjunto de varilla de detén, al lazo de la plataforma, debajo de la base.

Formulas:

Solids - (denser than water): To determine specific gravity of solids denser than water, the specimen should be first weighed in air and then weighed immersed in water.

$$\frac{\text{Weight in air}}{\text{Weight in air minus weight in water}}$$

Solids - (less dense than water): To determine the specific gravity of solids less dense than water, it is necessary to attach a sinker and then make the following weighings:
a. Weight of body in air.
b. Combined weight of body in air plus sinker in water.
c. Weight of both body and sinker in water.

$$\frac{a}{b - c}$$

Formulas

Sólidos - (más densos que el agua): Para determinar el peso específico de los sólidos más densos que el agua, primeramente debe pesarse el espécimen en el aire y luego debe pesarse sumergido en agua.

Sólidos - (menos densos que el agua): Para determinar el peso específico de los sólidos menos densos que el agua, es necesario fijar una plomada, efectuando luego los pesajes siguientes:
a. Peso del cuerpo en el aire.
b. Peso combinado del cuerpo en el aire más la plomada en el agua.
c. Peso tanto del cuerpo como de la plomada en el agua.

$$\frac{a}{b - c}$$

Features:

- A low cost, maintenance-free balance which provides all the convenience of a top loader, yet retains the ruggedness needed for a wide range of lab work.
- Tiered beam visibility and zero adjust combine to give high speed performance and reduce error.
- Magnetic damping speeds up weighing by causing the beam to come to rest quickly without affecting sensitivity or accuracy. It operates on the principle of a permanent magnetic field resisting the motion of a non-magnetic, aluminum damper vane attached to the beam.
- The pole faces of the damping magnets are positioned on both sides of the damper vane. Damping force is proportional to vane velocity and reduces to zero when the beam stops, thereby turning itself off.
- The system is permanent, self-regulating, maintenance-free, frictionless and effective at all loads.
- Tare beam and poise (13) (on specific models) make repetitive weighings and chemical formulations easy by eliminating container weight from calculations.
- Attachment weights store conveniently in the base when not in use.

Características:

- Balanza de costo reducido, de bajo mantenimiento, que brinda toda la comodidad de la carga superior, pero que retiene la robustez necesaria para una amplia gama de trabajos de laboratorio. La visibilidad de las muescas de brazos y el ajuste de cero se combinan para permitir el trabajo rápido y la reducción de los errores.
- La amortiguación magnética acelera el pesaje, haciendo que el brazo llegue al reposo en forma rápida sin afectar ni la sensibilidad ni la exactitud. Trabaja sobre el principio de la resistencia de un campo magnético permanente al movimiento de una aleta amortiguadora no magnética de aluminio, fijada al brazo. Las caras polares de los imanes amortiguadores, se hallan ubicadas de ambos lados de la aleta amortiguadora. La fuerza amortiguadora es proporcional a la velocidad de la aleta y se reduce a cero al detenerse el brazo, inactivándose a sí misma. El sistema es permanente, auto-regulante, libre de mantenimiento, libre de rozamiento y eficaz con todas las cargas.
- El brazo de tarado y la pesa, (13) (en modelos específicos), facilitan el pesaje y las formulaciones químicas a repetición eliminando de los cálculos el peso del recipiente.
- Las pesas accesorias, se almacenan cómodamente en la base cuando no se usan.

Specifications	700 Metric Series
Capacity	2610g
W/attachment weights	610g
W/o attachment weights	0.1g
Readability	10g x 0.1g
Calibrations	500g x 100g
Front Beam	100g x 10g
Center Beam	
Rear Beam	

Especificaciones	700 Serie métrica
Capacidad	2610g
Con juego de pesas	610g
Sin juego de pesas	0.1g
Lectura	10g x0.1g
Escala	500g x100g
Brazo delantero	100g x10g
Brazo central	
Brazo trasero	

